

ОТЗЫВ

о применении медицинского изделия

**Установка плазменно-дуговая хирургическая для лечения ран «ПлазмоРан»
в Отделении гнойной хирургии ГБУЗ МО "Коломенская центральная районная
больница" г. Коломна, Московская область**

Медицинское изделие Установка плазменно-дуговая хирургическая для лечения ран «ПлазмоРан» (далее – Установка ПлазмоРан), производства ООО «ПЛАЗМОПРОМ», Россия, применялось в медицинской практике в соответствии с инструкцией по применению. Установка ПлазмоРан имеет Регистрационное удостоверение Росздравнадзора от 12.08.2016 г. № РЗН 2016/4567.

Клиническое применение проводилось по профилю предназначения Установки ПлазмоРан – в Отделении гнойной хирургии.

Установка ПлазмоРан применялась в лечении следующих нозологий:

- гнойные раны,
- трофические язвы,
- диабетические язвы.

Установка ПлазмоРан применялась при проведении перевязок ран, после снятия старой повязки, удаления гноя и некрозов с раневой поверхности, промывания раны растворами антисептиков и перед наложением новой повязки с аппликацией.

Применение Установки ПлазмоРан у 40 больных показало следующие положительные результаты:

- Ускорение очищения раневой поверхности от детрита, некрозов, гноя.
- Активизация роста грануляций.
- Уменьшение перифокального воспаления.
- Уменьшение отечности прилежащих тканей.
- Активизация грануляции раневой поверхности и последующей эпителизации.

Наблюдались изменения динамики раневого процесса - очищение и заживление ран проходило быстрее.

Оборудование не применялось при хирургических вмешательствах, но в перспективе планируется.

Следует отметить такие характеристики оборудования как надежность, безопасность, простота в эксплуатации и обслуживании. Оборудование имеет низкие эксплуатационные расходы.

Результаты применения Установки ПлазмоРан позволяют рекомендовать данное оборудование для широкого применения в клинической практике в хирургическом отделении.



Заведующая гнойным отделением

Скляренко Т.В.
подпись

/ Скляренко Т.В. /

ФИО

«17» 01 2019 г.